

2024 年度食品衛生外部精度管理調査 結果速報

微生物学調査 一般細菌数測定検査 (調査番号 24MC)

調査試料の形態 : ゼラチン基材

見立て食材 : 氷菓

回収機関数	有効機関数	付与値 (平均値) (/mL)	標準偏差 (/mL)	相対標準偏差 (%)
378	375	13719	1679	12
\bar{X} 下部管理限界線 (/mL)	\bar{X} 上部管理限界線 (/mL)	R 管理限界線 (/mL)		
4116	41157	3309		

従来方式による解析結果

(2024 年 9 月 6 日現在)

対数による解析結果は調査結果報告書に記載予定

※今年度より公表値の桁数を変更いたしました。

また、調査結果報告書へ記載する z -スコアは、小数第 1 位までといたします。

技能試験提供者



一般財団法人食品薬品安全センター 秦野研究所
神奈川県秦野市落合 729 番地の 5